

校正証明書

顧客名 東北大学病院薬剤部

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B84535	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2020年10月6日	管理番号	: KFS20-3023
顧客管理番号:			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器は、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B84535	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2020年10月6日	管理番号	: KFS20-3023
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: あり なし		

確認者

小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器は、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
白金デジタル温度計	株式会社 熱研	MRI31
SN-3400	340001520	2021年3月30日
温度計校正装置(JCSS校正)	AMETEK DENMARK	MRI62
PTC-125C	669291-00300	2021年3月11日
指示計器付温度計	株式会社テストー	MRI77
testo735-2/testo735用Pt100	61554832/03423441	2020年10月20日

[校正結果]

試験点		判定基準	指示値	判定
[温度]				
25.0℃		24.5℃ ~ 25.5℃	24.9℃	良
*総合判定				良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

