

校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名 東北大学病院薬剤部

品名 : ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR-501L

製造番号 : 52B844DA 製造者 : 株式会社ティアンドデイ

校正日 : 2021年10月13日 管理番号 : AKFS21-2257

顧客管理番号: 冷 IV

確認者

小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試驗成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B844DA	製造者	: 株式会社ティアンドディ
校正日	: 2021年10月13日	管理番号	: AKFS21-2257
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: あり ☒ なし ☐		

確認者

小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

〔使用標準器〕

品 名 形 式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
白金デジタル温度計 SN-3400	株式会社 熱研 340001520	MRI31 2022年6月27日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.5℃ ~ 5.5℃	5.1℃	良
*総合判定			良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

