



証明書番号第 240473 号

証 明 書

令和6年11月20日

特定計量器 住 所
の 使 用 者

仙台市青葉区星陵町1-1

氏 名(名称及び代表者の氏名)

東北大学病院 臨床研究推進センター 臨床研究実施部門

殿

計量法第23条の規定に準じて精度検査を行い、
ここに適合と認めます。

1. 検査を行った特定計量器の種類

特定計量器の種類	能力	台数	器物番号	備考
電気抵抗線式はかり	200kg	1台	No. 3A6003724	

以下余白

2. 検査を行った年月日

令和6年10月25日

3. 検査を行った場所

住所に同じ

令和6年11月20日

検査を行った計量士の氏名
及び登録番号

水上 大輔

第13745号




仙台市太白区長町七丁目22番23号

一般社団法人 宮城県計量協会





《質量標準供給体系図》



当会の計量器代検査は、上記体系図のとおりである。

2024年11月20日

仙台市太白区長町七丁目22番23号
一般社団法人 宮城県計量協会



実用基準分銅内訳

種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考
2級実用基準分銅	10kg	1	枕型	ステンレス		2級実用基準分銅	10kg	17	枕型	ステンレス	
2級実用基準分銅	10kg	2	枕型	ステンレス		2級実用基準分銅	10kg	18	枕型	ステンレス	
2級実用基準分銅	10kg	3	枕型	ステンレス		2級実用基準分銅	10kg	19	枕型	ステンレス	
2級実用基準分銅	10kg	4	枕型	ステンレス		2級実用基準分銅	10kg	20	枕型	ステンレス	
2級実用基準分銅	10kg	5	枕型	ステンレス		2級実用基準分銅	10kg	21	枕型	ステンレス	
2級実用基準分銅	10kg	7	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	8	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	9	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	10	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	11	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	12	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	13	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	14	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	15	枕型	ステンレス							
2級実用基準分銅	10kg	16	枕型	ステンレス							
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考
2級実用基準分銅	5kg	2	枕型	ステンレス							
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考
2級実用基準分銅	2kg	B-1	枕型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	50g	B-1	増錘型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	2kg	B-2	枕型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	20g	B-2	増錘型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	500g	B-3	増錘型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	20g	B-4	増錘型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	500g	B-4	増錘型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	10g	B-1	増錘型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	500g	B-5	増錘型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	5g	3	円筒型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	200g	B-1	増錘型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	2g	3(・・・)	円筒型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	200g	B-2	増錘型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	2g	1(・)	円筒型	ステンレス	組分銅
2級実用基準分銅	100g	B-1	増錘型	ステンレス	組分銅	2級実用基準分銅	1g	1	円筒型	ステンレス	組分銅
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考
2級実用基準分銅	500g	2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	2g	2-2	円筒型	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	200g	2-1	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	1g	2	円筒型	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	200g	2-2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	500mg	2	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	100g	2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	200mg	2-1	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	50g	2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	200mg	2-2	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	20g	2-1	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	100mg	2	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	20g	2-2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	50mg	2	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	10g	2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	20mg	2	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	5g	2	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	20mg	2-2	板状	ステンレス	C組
2級実用基準分銅	2g	2-1	円筒型	ステンレス	C組	2級実用基準分銅	10mg	2	板状	ステンレス	C組

上記の分銅は、基準器検査規則の規定に基づき経済産業大臣が別に定める質量計に係る基準等について（平成27年経済産業省告示第64号）第2条（器差検査に使用する特定標準器又は基準器）に基づき承認された日本産業規格B7611-2（2015）附属書JCに従って校正したものであることを証明します。

2024年11月20日

仙台市太白区長町七丁目22番23号
一般社団法人 宮城県計量協会



1 申請者
事
所

1 申請者

(1) 計量器の種類及び表記

(2) 検査項目

※器差0とは、目量内にあることを示す。

2 検査年月日 2024年10月25日

3 その他 適合とは基準内にあることを示す。

4 総合判定 適 合

計量器検査の結果、上記のとおりであることを証明します。

2024年11月20日

宮城県仙台市太白区長町七丁目22番23号
一般社団法人 宮城県計量協会

計量士 水上 大輔
登録番号 第13745号

