

校正証明書

顧客名 東北大学病院 薬剤部

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B844DE	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年10月10日	管理番号	: AKFS25-4725
顧客管理番号: 冷V			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	ワイヤレスデータロガー	型式	RTR-501L
製造番号	52B844DE	製造者	株式会社ティアンドデイ
校正日	2025年10月10日	管理番号	AKFS25-4725
環境温度	25℃	校正者	元原 茂雄
調整	あり ☒ なし ☐		

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
温湿度センサプローブ	Rotronic AG	MRI-HU200
HC2A-S	24075418	2026年7月31日
PT100 ClassAセンサ	Rotronic AG	MRI-TE200
HC2A-PT100 (AC1904)	24087652	2026年7月31日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.5℃ ~ 5.5℃	5.0℃	良
*総合判定			良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

